

República de Panamá

Consejo Nacional de Acreditación

Otorga el presente

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

a la empresa

SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTIÓN DE CALIDAD, S.A.

Como:
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Según criterios de la Norma:
DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017

Los servicios de calibración acreditados se detallan en el alcance de acreditación adjunto.

Código de acreditación: **LC-084**
Acreditación inicial: **7-diciembre-2022**
Ampliación: **7-abril-2025**

Dado en la Ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

Este documento no tiene validez sin el respectivo alcance de acreditación y el alcance de acreditación no es válido sin su certificado de acreditación. Las instalaciones cubiertas por el presente certificado y los alcances respectivos se encuentran detallados en el alcance de acreditación. El certificado de acreditación y su alcance de acreditación están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales, o cancelación. El estado de vigencia de este certificado se puede validar a través de su anexo técnico (alcance de acreditación) en la página web del CNA (www.cna.gob.pa), con un ciclo de acreditación de tres (3) años. Cualquier original de este documento es válido siempre que mantenga firma y sello oficial fresco del CNA.



Alcance de Acreditación
LC-084

SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTIÓN DE CALIDAD, S.A.
(SIGCSA)

Dirección Sede Fija: Provincia de Panamá, Corregimiento de Betania, calle 74 y Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Plaza Aventura Business Center, Departamento Mezanine, Local M10, Urbanización del Dorado.
Teléfono: (+507) 390-9275 / (+507) 6140-3638
Correo electrónico: sigcsa@sigcsapanama.com

El presente alcance de acreditación fue otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración, mediante Resolución N.º 38 de 30 de noviembre de 2022, Resolución N°33 de 8 de noviembre de 2023; Resolución N°08 de 31 de marzo de 2025, y certificado de acreditación, con código de acreditación LC-084.

Servicios de calibración acreditados

SEDE:		Sede Fija					
N.º	MAGNITUD	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	PATRONES DE REFERENCIA	MÉTODO DE CALIBRACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Masa	Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático. d ≥ 0.1 mg	0.1 g ≤ m ≤ 320 g	0.083 mg	Masas Patrón Individuales 0.1 g 0.5 g 10 g 20 g 50 g (2) 100 g (2) 200 g	Comparación directa contra patrones de masa.	Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.

2	Masa	Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático. $d \geq 0.01 \text{ g}$	$5 \text{ g} \leq m \leq 2 \text{ 100 g}$	8.2 mg	Masas Patrón Individuales 0.1 g 0.5 g 1g 5 g 10 g 20 g 50 g (2) 100 g (2) 200 g (3) 500 g	Comparación directa contra patrones de masa.	Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
---	------	---	---	--------	---	--	---------------------------

Servicios de calibración ampliados

SEDE:		Sede Fija					
N.º	MAGNITUD	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	PATRONES DE REFERENCIA	MÉTODO DE CALIBRACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Volumen	Aparatos Volumétricos Operados por Pistón en la Medición por Entrega (Ex). Monocanal	$1 \mu\text{L} \leq V_n \leq 1 \text{ 000 } \mu\text{L}$	0.0058 μL	Material de Referencia: 1 (200 μL - 5000 μL) 2 (50 μL - 199.9 μL) 3 (10 μL - 49.9 μL) 4 (2 μL - 9.9 μL) 5 (0.5 μL - 1.99 μL) Sistema de calibración de pipetas	Método fotométrico	ISO 8655-7:2022 (b.2) Aparatos Volumétricos Accionados Mediante Pistón. Parte 7: Métodos no gravimétricos para la evaluación de la aptitud al uso de los equipos.
2	Temperatura	Termómetro Digital. $d \geq 0.1 \text{ } ^\circ\text{C}$	$-30 \text{ } ^\circ\text{C} \leq t \leq 100 \text{ } ^\circ\text{C}$	0.12 $^\circ\text{C}$	Termómetro Patrón Resolución 0.0001 $^\circ\text{C}$ Calibrador de temperatura	Comparación directa contra patrones utilizando medio isotérmico.	NORDEST METHOD, NT VVS 103 - Approved 1994-09. Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration.

3	Humedad Relativa	Higrotermómetro Digital. $d \geq 0.1 \%HR$	$30 \%HR \leq \%HR \leq 90 \% HR$	1.08 %HR	Higrotermómetro Patrón Resolución 0.01 %HR Generador de humedad relativa	Comparación directa contra patrones utilizando medio isotérmico.	PC-026: 2019 (INACAL) Procedimiento para la Calibración de Higrómetros y Termómetros Ambientales.
4	Temperatura	Higrotermómetro Digital. $d \geq 0.1 ^\circ C$	$10 ^\circ C \leq t \leq 37 ^\circ C$	0.16 $^\circ C$	Higrotermómetro Patrón Resolución 0.01 $^\circ C$ Cámara ambiental	Comparación directa contra patrones utilizando medio isotérmico.	PC-026: 2019 (INACAL) Procedimiento para la Calibración de Higrómetros y Termómetros Ambientales.

